


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT193007179

第 1 页 共 35 页

项目名称	物理治疗室器材及设备购置		
项目编号	CLF0119SZ05ZC74P	合同编号	/
采购人	深圳市南山区龙苑学校		
履约供应商	南昌宸杰医疗器械有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市南山区政府采购及招标中心		



签发人： 
审 核： 
主 检： 

签发日期： 2019 年 10 月 18 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 2 页 共 35 页

一、抽检总结

项目名称	物理治疗室器材及设备购置		
项目编号	CLF0119SZ05ZC74P	合同编号	/
采购人	深圳市南山区龙苑学校		
履约供应商	南昌宸杰医疗器械有限公司		
现场抽检地点	深圳市南山区龙苑学校物理治疗室		
现场抽检日期	2019. 10. 17	环境条件	(20~30) °C, (60~80) %RH
抽检依据	☐ 法律法规、政府规章 ☒ 采购文件 ☒ 采购合同 ☒ 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
抽检结果汇总	经确认, 该项目已经过采购方验收。 经现场抽检, 未发现与抽检方案不符合的情形。 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 100 分, 抽检结果评价等级为优。 具体检验数据详见抽检明细。 抽检机构代表签字:  (9) 2019 年 10 月 17 日		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 3 页 共 35 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	抽检项目	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货期	签订合同后45天（日历日）内交货并安装调试完毕	2019 年 6 月 28 日~2019 年 7 月 28 日	符合
2	售后服务	1. 免费保修期：从验收合格收质保金之日起，质保期为 1 年	符合要求	符合
		2. 培训：免费维修、软件免费升级及升级后的专业培训	符合要求	

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
1	激光治疗仪	1. 品牌型号：汉和唐LA-400	符合要求	符合
		2. ▲激光输出：整机有四组输出通道，每组都带负压自动吸附定位，激光结合拔罐功能，可同时提供两种物理康复治疗模式，每组独立工作，可依需求更换激光头	符合要求	
		3. ▲压力控制系统：每个通道独立调整，七段吸附压力可调	符合要求	
		4. ▲罩杯自动抽气装置：抽气装置有防脱落自我检测功能，罩杯脱落，激光自行断电	符合要求	
		5. 激光种类：红光（660nm） 红外光（808nm）	符合要求	
		6. 输出波形：正弦波、直流波	符合要求	
		7. 输出功率：20mW、40mW、60mW（毫瓦）	符合要求	
		8. 输出频率：1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz	符合要求	
		9. 输出时间：1到15分钟可调	符合要求	
		10. 罩杯尺寸：软：35±2mm、50±2mm	符合要求	
		11. 紧急停止装置：系统主机配有紧急停止按钮	符合要求	
		12. 系统主机：推车式系统主机，含4个抽真空泵，每个输出通道独立控制	符合要求	

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 4 页 共 35 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		13. 操作界面: LCD显示屏幕, 金属薄膜按键	符合要求	
		14. 电源: 100~240VAC 50/60Hz	符合要求	
2	声波垂直 振动机	1. 品牌型号: 明心园LM-VM03H	符合要求	符合
		2. 颜色: 银色	符合要求	
		3. 最大负载(重量): 125kg	符合要求	
		4. 操作方式: 带液晶显示操作面板	符合要求	
		5. 振动频率(Hz): 2~50Hz (2-5Hz时 增量)	符合要求	
		6. 运行模式: 手动/自动1-12/音波模式	符合要求	
		7. 时间周期: 预设10min (手动模式下, 可补偿调节)	符合要求	
		8. 振动能量输出: 强度可调节 (0~120)	符合要求	
		9. 外形尺寸(长*宽*高): 72cm×97.1cm×159cm (波动范围±2cm)	符合要求	
		10. 平台面板(长*宽): 72cm×62cm (波动范围±2cm)	符合要求	
		11. 重量: 75kg	符合要求	
		12. 适用电源: AC 220V/50Hz	符合要求	
		13. 额定功率: 60-420W	符合要求	
3	理疗床	1. 品牌型号: 美藤MD-34	符合要求	符合
		2. 数量: 5台	符合要求	
		3. 外形尺寸(长*宽*高): 190*80*63cm (波动范围±2cm)	符合要求	
		4. 床垫: 一体定型海绵	符合要求	
		5. 床架: 实木+储物柜 配套: 5台椅子	符合要求	

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT193007179

第 5 页 共 35 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
4	智能反馈训练系统	1. 品牌型号：心智超航PsyXZ-FS04	符合要求	符合
		2. 数量：2套	符合要求	
		3. 软件系统需具有计算机软件著作权证书，需提供复印件加盖厂家公章	符合要求	
		4. 软件需具有国家信息中心软件评测中心软件产品登记测试报告，开标时需提供复印件加盖厂家公章	符合要求	
		5. 生产厂家须具有国家高新技术企业证书，需提供复印件加盖厂家公章	符合要求	
		软件系统： 6. 身心健康反馈数据监测：五分钟数据采集，心率、HRV、SCL以及压力、放松、疲劳等不少于六项分析指标。内置多级常模量表，智能评估压力、情绪调控能力等；心理健康预警，自动生成报告及相关建议	符合要求	
		7. 生物反馈训练：不少于八个训练模块，包括身心释压、情绪自主调控、应激能力提升等，可视化训练模式，有助于自主调整身心状态	符合要求	
		8. 全息脑波调节训练：11种声光同步脑波程式，12通道合成仿生型全息脑波信号，利用：α波放松；β波提高注意力；θ波、δ波冥想休眠、改善睡眠，背景音乐任意选择	符合要求	
		9. 渐进式肌肉放松疗法：催眠、放松两类引导语，背景音乐任意选择	符合要求	
		10. 四大类背景音乐：积极情绪、减压放松、冥想放松、安神催眠灯 积极情绪、减压放松、冥想放松、安神催眠等上百首中外心理康复音乐，并可无限拓展	符合要求	
		11. 七种背景自然音色：海浪沙滩、荷塘蛙声、森林鸟语、沙漠夜晚、雨声、溪流声、小桥流水等	符合要求	
		硬件配置： 12. 3D按摩机芯：采用柔性3D按摩机芯，有效的实现了按摩头的伸缩（前后伸缩可达15cm），具备独特的颈肩部按压推拿功能，真正实现了人手般的按摩体验	符合要求	
		13. 产品主要构成部件： 多功能身心减压舱1台，智能身心反馈训练系统1套	符合要求	
5	磁振热治	1. 品牌型号：好博HB240D	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 6 页 共 35 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
	疗仪	2. 数量: 2台	符合要求	
		3. 7寸彩色液晶显示屏	符合要求	
		4. 具有六种工作模式选择 (1s、2s、2.5s、3s、4s、5s)	符合要求	
		5. 加热方式: 40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调, 误差为±2℃	符合要求	
		6. 四通道机型, 配四种适用不同部位的治疗导子	符合要求	
		7. 磁场强度: 0~38mT	符合要求	
		8. 振动频率: 50Hz±1Hz	符合要求	
		9. 超温保护: 具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时, 自动切断输出; 二级保护指当一级保护失效, 治疗垫表面温度达到60℃时, 自动切断电源	符合要求	
		10. 时间选择: 1~60分钟可调, 步距增量为1分钟, 误差为±10%	符合要求	
6	空气波压力治疗仪	1. 品牌型号: 好博HB910D	符合要求	符合
		2. 数量: 2台	符合要求	
		3. 7寸彩色触摸屏加旋转编码器操作, 操作简便	符合要求	
		4. 生物波功能: 4.1、两组生物波输出; 4.2、输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式; 4.3、脉冲频率应为1Hz~99Hz连续可调, 步长为1Hz, 脉冲宽度为500 μs	符合要求	
		5. 手动释压器: 治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施	符合要求	
		6. 柜式一体机, 可同时使用两个六腔气囊	符合要求	
		7. 时间设定功能时间范围为0~60min, 步长1min	符合要求	
		8. 充气模式: 八种基础充气模式, 可任意组合治疗	符合要求	

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 7 页 共 35 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		9. 治疗仪压力范围: 5~25kPa可调	符合要求	
		10. 极限压强≤40kPa, 且超过2kPa的持续时间应不大于3min	符合要求	
		11. 过压保护: 治疗仪应具有过压保护措施	符合要求	
		12. 连接: 连接管路应有防止接错的装置或标识	符合要求	
		13. 工作噪声: 治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB	符合要求	
7	移动式湿热敷装置	1. 品牌型号: 语路Y-6080SB	符合要求	符合
		2. 显示: 4.3寸全中文智能触摸液晶显示, 设备工作状态全程实时显示	符合要求	
		3. 控制方式: 24小时智能程序控制, 自动开关机、自动休眠, 自动消毒或煮药	符合要求	
		4. 智能设置: 智能液晶触摸屏, 任意工作时段及时间、温度等参数设置一次完成, 永久保存, 使用中无需重新设置	符合要求	
		5. 假期设置: 任意一周某天或几天以及长时间假期预设置功能, 仪器自动休眠, 并自动在休假结束前开机工作	符合要求	
		6. 智能一键: 一键假期设定、一键消毒功能、一键急热功能	符合要求	
		7. 设备材料: 采用全高标304#不锈钢制作, 模块化设计方便清理及维护	符合要求	
8	肌肉振动刺激仪	1. 型号: 仁康RK-ZDYI	符合要求	符合
		2. 显示: 7寸彩屏触控显示	符合要求	
		3. 治疗频率: 15Hz~60Hz任意可调, 精确0.1Hz	符合要求	
		4. 多方式频率调节: 可触摸显示控制或治疗手柄上直接调节	符合要求	
		5. 电源: 220V、100VA	符合要求	
		6. 治疗时间: 0-20分钟任意可调, 步长1	符合要求	

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 8 页 共 35 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		7. 震幅:6mm, 允许误差±1mm	符合要求	
		8. 手柄直径: 5.08cm (波动范围±2cm)	符合要求	
		9. 材质: 不锈钢、钛合金 (治疗头: 大中小共三个)	符合要求	
		10. 治疗枪重量: 2.5kg	符合要求	
		11. 便携式单通道	符合要求	

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 9 页 共 35 页

三、抽检照片



激光治疗仪



激光治疗仪铭牌

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 10 页 共 35 页



激光治疗仪控制面板



激光治疗仪激光波长



激光治疗仪输出时间、输出波形、输出频率、输出功率设置

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 11 页 共 35 页




声波垂直振动机

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 12 页 共 35 页



声波垂直振动机铭牌

LM-VM03H 产品参数


颜色	银色
最大负载 (重量)	125Kg
操作方式	带液晶显示操作面板
振动频率	2~50Hz (2~5Hz时 -----增量)
运行模式	手动/自动 1~12/音波模式
时间周期	预设10min (手动模式下, 可补偿调节)
振动能量输出	强度可调节 (0~120)
外型尺寸 (长x宽x高)	72cm x 97.1cm x 159cm
平台面板 (长x宽)	72cm x 62cm
重量	75kg
适用电源	AC 220V/50Hz
额定功率	60~420 W

声波垂直振动机技术参数

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 13 页 共 35 页



声波垂直振动机控制面板



理疗床

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179


第 14 页 共 35 页



理疗床合格证



理疗床储物柜



理疗床配套椅子


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 15 页 共 35 页



智能反馈训练系统




智能反馈训练系统合格证

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 16 页 共 35 页



智能反馈训练系统证书复印件




智能反馈训练系统 3D 按摩椅控制器


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 17 页 共 35 页



智能反馈训练系统检测信息



智能反馈训练系统评价报告


The image shows a screen displaying a list of training plans. The title is '方案列表' (Plan List). The table has several columns, including '训练科目' (Training Subject), '训练强度' (Training Intensity), '训练时间' (Training Time), '训练地点' (Training Location), '训练器材' (Training Equipment), '训练人员' (Training Personnel), and '训练记录' (Training Record). The table contains multiple rows of data, though the specific details are somewhat obscured by the image quality.

智能反馈训练系统方案列表

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 18 页 共 35 页



智能反馈训练系统课程列表




磁振热治疗仪

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 19 页 共 35 页



磁振热治疗仪铭牌



磁振热治疗仪控制面板

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 20 页 共 35 页



磁振热治疗仪治疗导子

好博医疗器械
HAOBO MEDICAL DEVICE

磁振热治疗仪说明书

3) 设备热输出达到稳态温度或从启动输出开始最长不超过 30 min 后, 应用部分应不低于 37℃, 最高温度应不高于 60℃。

1.2.6 超温保护装置

具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置, 超温保护装置动作时, 应停止输出, 应用部分的温度应不超过 60℃。

1.2.7 治疗模式: 未达到温控方式中设定的温度时会一直处于工作中, 到达设定温度后共有 6 个模式, 各工作模式中工作周期误差范围为±10%。

- 1) 模式 1: 工作周期为 1s, 频率 1Hz, 占空比 10%;
- 2) 模式 2: 工作周期为 2s, 频率 0.5Hz, 占空比 10%;
- 3) 模式 3: 工作周期为 2.5s, 频率 0.4Hz, 占空比 8%;
- 4) 模式 4: 工作周期为 3s, 频率 0.33Hz, 占空比 13.33%;
- 5) 模式 5: 工作周期为 4s, 频率 0.25Hz, 占空比 25%;
- 6) 模式 6: 工作周期为 5s, 2 种脉冲交替, 第一种: 频率 0.71Hz, 占空比 29%, 第二种: 频率 0.28Hz, 占空比 11%。

说明: 设备在正常运行中, 如果温度未达到设定的温度值, 设备会处于一直有输出的状态, 导子持续振动, 在设备的温度达到设定的温度值后才会按上述模式进行周期工作。

磁振热治疗仪说明书 1

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 21 页 共 35 页



磁振热治疗仪说明书 2

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 22 页 共 35 页



肌肉振动刺激仪



肌肉振动刺激仪控制面板


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 23 页 共 35 页



肌肉振动刺激仪治疗手柄



肌肉振动刺激仪铭牌

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 24 页 共 35 页



肌肉振动刺激仪治疗头

1.4 主要技术指标和性能

- 1.4.1 刺激仪在治疗时, 通过主机控制加减键调整治疗时间和频率, 或控制手柄上加减调整治疗频率。
- 1.4.2 治疗时间0-20分钟, 可调, 步长1, 精度为 ± 3 。
- 1.4.3 治疗频率15Hz~60Hz可调, 精确0.1Hz
- 1.4.4 刺激仪震动幅度: 6mm, 允许误差 ± 1 mm。
- 1.4.5 一个通道输出。

肌肉振动刺激仪主要技术指标和性能介绍

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 25 页 共 35 页



移动式湿热敷装置



移动式湿热敷装置铭牌

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 26 页 共 35 页



移动式湿热敷装置控制面板



移动式湿热敷装置运行设定功能




移动式湿热敷装置假期设定功能

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 27 页 共 35 页



空气波压力治疗仪



空气波压力治疗仪铭牌

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179


第 28 页 共 35 页



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 29 页 共 35 页



空气波压力治疗仪生物波治疗设置




空气波压力治疗仪手动释压器

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 30 页 共 35 页



空气波压力治疗仪六腔气囊管路



空气波压力治疗仪空气波治疗模式设置


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 31 页 共 35 页



空气波压力治疗仪压力设置




空气波压力治疗仪管路连接装置

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 32 页 共 35 页



空气波压力治疗仪说明书

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 33 页 共 35 页

培训记录单

项目名称	物理治疗室器材及设备购置 (项目编号: CLF0119SZ05ZC74P)	
客户单位	深圳市南山区龙苑学校	
客户地址	广东省深圳市南山区一号路与二号路交叉口东南 50 米	
联系人	王老师	
联系电话	0755-86970116	
供应单位	南昌宸杰医疗器械有限公司	
供应地址	江西省南昌市进贤县温圳镇庄山桥背村 55 号	
教室负责老师	陈润物	
培训时间	2019.8.13	
培训描述	根据我方投标文件中承诺向采购方无偿提供设备使用培训,我方安排专业培训师向采购方教室负责老师提供物理治疗室设备使用的培训。	
供应商说明	整个培训过程中,严格按照学校要求,保证教室负责老师已熟练掌握所有设备使用及维护的方法技巧。	
校方意见		
采购方及培训师签字盖章	 单位代表签字: 日期: 2019年8月13日	 培训师签字: 日期: 2019年8月12日

培训记录单

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 34 页 共 35 页

1. 货物的产权, 只有乙方将设备和材料运至甲方指定交货地点且交付给甲方时由乙方转移至甲方。
 2. 货物毁损、灭失的风险在货物到达甲方指定交货地点并经甲方开箱检验且出具相应报告时由乙方转移至甲方。
 3. 在拒收情况下, 或者解除合同的, 货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
 4. 产权和风险的转移, 不影响因乙方履行义务不符合约定, 甲方要求其承担违约责任的权利。
- 乙方交由承运人运输的在途货物, 毁损、灭失的风险由乙方承担。

十二、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充协议、往来信函) 即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式肆份, 其中甲乙双方各执壹份, 采购代理机构执壹份, 政府采购监督管理部门壹份。

甲方 (盖章):

代表:

签定地点:

签定日期: 2019 年 6 月 28 日

乙方 (盖章): 南昌宸杰医疗器械有限公司


代表:

签定日期: 2019 年 6 月 28 日

开户名称: 南昌宸杰医疗器械有限公司

银行账号: 1502250209300202764

开户行: 中国工商银行股份有限公司南昌进贤李渡支行



合同签订日期

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193007179

第 35 页 共 35 页

南昌宸杰医疗器械有限公司

地址: 江西省南昌市进贤县武宁镇压山桥村 55 号

送货单

送货单号: 20190814CQX161
开票日期: 2019-7-24

客户单位: 深圳市龙岗区疾病预防控制中心
联系人: 王老师

客户地址: 广东省深圳市龙岗区一号线与二号线交汇处东面 50 米
电话: 0755-89202116

序号	产品编码	品名	规格型号	单位	数量	备注
1	LA-400	超声刀	LA-400	台	1	
2	LM-VM03H	超声刀	LM-VM03H	台	1	
3	MD-34	超声刀	MD-34	台	5	
4	Q10	超声刀	Q10	台	1	
5	PayXZ-F504	超声刀	PayXZ-F504	台	2	
6	HB1400	超声刀	HB1400	台	2	
7	HB9100	超声刀	HB9100	台	2	
8	Y-608058	移动式超声刀	Y-608058	台	1	
9	RK-ZDY1	肌肉训练器	RK-ZDY1	台	1	

跟单员: 王老师
联系电话: 13825623780
送货时间: 2019 年 7 月 28 日

收货单位签字 (盖章): 王老师

送货单

以下空白